



FUNKTION:

En spiralfjeder holder stemplet åbent for måling indtil det fabriksindstillede tryk er nået og ventilen lukker (se skemaet nedenfor).
Når trykket er faldet til 25 % under indstillingstrykket åbnes igen for aktivering af manometeret

Med reguleringsskruen kan lukketrykket ændres:

Højere tryk: drej reguleringsskruen i urviserretning

Lavere tryk: drej reguleringsskruen mod urviserretning

INDSTILLINGSOMRÅDE I BAR	0,4..-2,5	2..-6	5..-25	20..-60	50..-250	240..-400
FABRIKS INDSTILLING I BAR	1,45	4	15	40	150	320
TYPE NR. FOR MESSING	7352	7353	7354	7355	7356	7357
TYPE NR. FOR RUSTFRIT STÅL 1.4571	7358	7359	7360	7361	7362	7363

STANDARDUDFØRELSE:

TILSLUTNING : G ½" drejelig spændemuffe og G ½" nippel
VENTILHUS : Messing eller rustfrit syrefast stål
O-RING : FKM (Viton)
MAX. TEMPERATUR : + 80 °C

KAN LEVERES MED :

*DVGW attest
 *Fabriksprøveattest EN 10 204
 Certifikat efter NACE 0175